

Eine Nichtidentifikation kann verschiedene Ursachen haben

Leerstempel

Der Leerstempel ist fehlerhaft.

1. Bitte überprüfen Sie Ihren **Leerstempel** und den schwarzen Ring!
2. Ist weiterhin keine exakte Messung möglich, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



Bei Fragen können Sie uns gern kontaktieren:



kundenservice@apo-ident.de oder telefonisch unter +49 (0)351 212 496 33