

QuickStep Apo-Ident Version 0.97

Erweiterung der Bedienoberfläche

- Farbliche Markierung vor dem Substanznamen:
 - Grün: Eindeutig mit Apo-Ident prüfbare Substanz
 - Gelb: Nicht eindeutig mit Apo-Ident prüfbare Substanz (Gruppe)
 - Rot: Nicht mit Apo-Ident prüfbare Substanz

Prüfprotokoll

- erstellbar für nicht mit Apo-Ident prüfbare Substanzen
 - zur Dokumentation anderer Prüfmethoden
- erweiterter Etikettendruck: ein Etikett kann jetzt auch für nicht mit Apo-Ident messbare Substanzen erstellt werden

Details zur Identifikation (Rangliste)

- Liste mit Prüfparametern der nächstliegenden Referenzsubstanzen

Validierungsdokumentation

- Die Validierungsdokumente der einzelnen Substanzklassen sind in der Menüleiste unter Hilfe abrufbar

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:

kundenservice@apo-ident.de oder telefonisch unter +49 (0) 351 212 496 33