



# hiperscan

## apo-ident

### **Bedienungsanleitung**

#### **+ Zusatzfunktionen + Hinweise**

für das Nahinfrarot-(NIR)-Analysegerät Apo-Ident

basiert auf Version 1.1





<b>Kurzanleitung zur Bedienung.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Erste Schritte .....</b>	<b>7</b>
1.1. Sicherheitshinweise .....	7
1.2. Installation der Software.....	7
1.3. Anschließen des Analysegerätes .....	7
1.4. Starten des Programms .....	8
1.5. Unterschiedliche Benutzer/Filialapotheken hinterlegen .....	8
1.6. Wahl eines individuellen Speicherortes für Prüfprotokolle .....	9
1.7. Auswahl des Namensschemas im Archivordner .....	9
1.8. Landesabhängiges Protokoll.....	9
1.9. Einstellungen zum Etikettendrucker Brother QL 560 und QL 570 mit Endlospapier .....	10
<b>2. Durchführung der Messung.....</b>	<b>11</b>
2.1. Substanzen, welche mit Apo-Ident eindeutig identifiziert werden können .....	11
2.2. Messung mit dem Probeneinsatz (für geringe Substanzmengen) .....	12
2.3. Substanzen, welche mit Apo-Ident nicht prüfbar sind .....	13
2.4. Substanzen mit nicht eindeutigem Prüfergebnis.....	14
<b>3. Zusatzfunktionen .....</b>	<b>16</b>
3.1. Prozentangabe der Übereinstimmung + Sollwertangabe .....	16
3.2. Anzeige der Differenzlinie zwischen Referenz- und Probenspektrum .....	16
3.3. Abfragemöglichkeit (Suchfunktion) nach Substanz, Verfallsdatum oder nach selbst definierten Kriterien .....	16
3.4. Anzeige der Validierungsdokumente.....	17
3.5. Daten versenden (z.B. an Apo-Ident Kundenservice) .....	17
3.6. Individuelle Auswahl der Anzahl der Messtage zur Speicherung oder zum Versenden von Daten.....	17
3.7. Einbindung in das Dr. Lennartz Laborprogramm .....	18
3.8. Details zur Identifikation (Rangliste).....	20
<b>4. Begriffserklärung .....</b>	<b>21</b>
<b>5. Wichtige Hinweise .....</b>	<b>22</b>
5.1. Richtige Befüllung der Probengläser zur Identitätsprüfung.....	22
5.2. Reinigung/Nutzung von Probengläsern, Messstempel und Probeneinsatz .....	23
<b>6. Technische Daten und Entsorgung.....</b>	<b>24</b>
6.1. Technische Daten.....	24
6.2. Entsorgung.....	24



HiperScan GmbH  
Weißeritzstraße 3  
01067 Dresden

Tel.       +49 (0) 351-212-496-33  
Fax       +49 (0) 351-212-496-99

E-Mail:   [info@hiperscan.com](mailto:info@hiperscan.com)  
Web:      [www.hiperscan.com](http://www.hiperscan.com)

## Kurzanleitung zur Bedienung

### 1. Starten des Programms

Starten Sie das Programm Apo-Ident durch Doppelklick auf das Symbol.

Es öffnet sich das Fenster von Apo-Ident.

Bei zu geringer interner Gerätetemperatur wird automatisch ein Aufwärmprogramm gestartet. Bitte warten Sie, bis die entsprechende Anzeige verschwindet. Danach ist das System für den Start des Messprozesses bereit.



### 2. Auswahl der Substanz

Stellen Sie zuerst unter **<Auswahl der Substanz>** die zu prüfende Klasse ein, z.B. Arzneistoffe Fest.

Geben Sie dann unter Bezeichnung den deutschen oder Pin Yin Namen ein. Wahlweise können Sie auch (sofern vorhanden) eine Zeile darunter den lateinischen Namen eingeben.

*Bereits bei der Eingabe der ersten Buchstaben zeigt Ihnen die Software Vorschläge an.*

Klasse:	Arzneistoffe Fest
Name:	Tetracal
Lateinisch:	<input checked="" type="radio"/> Tetracain Base <input checked="" type="radio"/> Tetracainhydrochlorid

### 3. Stempelleermessung (nur bei Arzneistoffe Halbfest/Flüssig)

Bitte achten Sie darauf, dass das Probenglas in den **schwarzen Adapterring** hineingestellt wird!

Stellen Sie den Messstempel (auch Transflexionsstempel genannt) mit den Füßchen nach unten in ein leeres Probenglas. Nun stellen Sie das Glas mit dem Messstempel auf die Messstelle des Apo-Ident Gerätes.

**! Wichtig:** Sowohl die Stempelleermessung als auch die Messung der Flüssigkeit/Salbe muss mit demselben Messstempel und Probenglas durchgeführt werden. Ansonsten kann es zu Nichtidentifikationen kommen.

Nach erfolgreicher Stempelleermessung ist ein **Zeitfenster von 5 Minuten** für den Start der Substanzmessung vorgesehen. Ansonsten muss die Stempelleermessung wiederholt werden.

Klasse:	Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (mit Prüfzert.)
Name:	Basiscreme DAC
Lateinisch:	Cremor basalis

Stempelleermessung  Bitte nutzen Sie diesen Stempel auch für die anschließende Probenmessung.

Transflexionsstempel



### 4. Start der Messung

Stellen Sie nun Ihr **Probenglas mit der Substanz auf die Messstelle**

(bei Arzneistoffe Halbfest/Flüssig mit dem Messstempel im Glas)

und **starten** Sie den **Messvorgang** durch Anklicken des grünen Punktes neben **<Start der Messung>** oder durch Drücken des Messknopfes (leuchtet grün) direkt oben auf dem Gerät.

Start der Messung  Bitte nutzen Sie jetzt den gleichen Stempel wie bei der Stempel-Leermessung.



## Kurzanleitung zur Bedienung

### 5. Bei der ersten Messung

Bei der ersten Messung nach dem Einschalten des Apo-Ident werden Sie zum Aufstellen und Messen der mitgelieferten Referenzstandards aufgefordert. Es gibt 2 verschiedene externe Referenzierungsvarianten:

- a) Aufstellen und Messen eines leeren Probenglases (Leerreferenz) und der mitgelieferten Weißreferenz (TiO<sub>2</sub>).

Folgen Sie bitte den Anweisungen der Software.

- b) Aufstellen und Messen der mitgelieferten Schwarz- und Weißreferenz (Zenith).

Folgen Sie bitte den Anweisungen der Software.

**Bitte benutzen Sie stets den schwarzen Adapterring!**

Die Messung der Referenzen wird bei Bedarf von der Software neu angefordert. Folgen Sie bitte den Anweisungen der Software.

leeres Probenglas



TiO<sub>2</sub> Weißreferenz



Schwarzreferenz



Weißreferenz (Zenith)



### 6. Ausgabe des Ergebnisses

Nach wenigen Sekunden zeigt Ihnen das Gerät an, ob die Substanz identifiziert wurde.


**Hinweis:** Bei negativem Ergebnis lassen Sie sich bitte die weiterführenden Informationen anzeigen und überprüfen bzw. wiederholen Sie entsprechend Ihren Messvorgang.

Bezeichnung: **Ambroxolhydrochlorid**  
 Ergebnis [NIR Ergebnis:](#) **Entspricht**  
[Bewertung:](#) **99,7 %** (Sollwert 98% bis 100%)  
[Validierung:](#) Verfügbar

### 7. Angaben zur Messung

Geben Sie folgende Daten ein:

- Konfigurationsprofil
- Name des Benutzers
- Hersteller/Lieferant
- Verfallsdatum bzw. Verwendbar bis (Auswahl über blauen Hyperlink)
- Charge
- PZN (optional)
- ggf. weitere Prüfungen – [<Zusätzliche Prüfung>](#) anklicken (Text auf 10 kurze Zeilen begrenzt)
- ggf. Bemerkungen

Solange Sie bei einem der Eingabefelder dieses Zeichen  sehen, fehlen noch Eingaben und das Prüfprotokoll kann nicht erstellt werden.

Konfigurationsprofil:	Benutzer 01
Name des Benutzers:	Mustername
Hersteller/Lieferant:	Musterlieferant
<a href="#">Verfallsdatum:</a>	November 2016
Charge:	123
PZN:	1234567
<a href="#">Zusätzliche Prüfung:</a>	(leer)
Bemerkung:	
Prüfnummer:	1000

### 8. Erstellen des Protokolls

Nun können Sie den Messvorgang speichern, als PDF-Datei aufrufen oder drucken.

**Hinweis:** Egal welche der 4 Funktionen Sie wählen, der Messvorgang wird auf jeden Fall gespeichert. Zusätzlich können Sie auch auf Ihrem Etikettendrucker (kleineres Druckersymbol) Ihr Prüflabel ausdrucken.

Erstellen des Protokolls



## 1. Erste Schritte

### 1.1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

- Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung der auf dem Typenschild eingetragenen Spannung entspricht.
- Umgebungseinflüsse wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit sind ebenso zu vermeiden wie Staub, Schmutz und aggressive Gase.
- Der Aufstellort sollte ein gut belüfteter, nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzter Ort sein. Installieren Sie das Gerät auf einer nicht brennbaren, waagerechten Oberfläche, die keine Vibrationen überträgt.
- Sollte das Netzanschlusskabel Defekte oder Fehler aufweisen, ersetzen Sie es bitte umgehend durch ein neues Netzanschlusskabel. Der Betrieb mit einem defekten Kabel kann lebensgefährlich sein, da ~230V am Gerät anliegen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Sollte dies geschehen, trennen Sie das Gerät sofort vom Netz und kontaktieren Sie den Hersteller.
- Öffnen Sie das Gerät nicht!
- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosiver oder leicht entzündlicher Atmosphäre.
- Apo-Ident wird häufig für die Bestimmung gefährlicher Stoffe eingesetzt. Diese Art von Arbeit sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Wenn Sie nicht völlig sicher sind, kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten oder einen zuständigen Experten.

### 1.2. Installation der Software

- Verbinden Sie den mitgelieferten USB-Stick mit Ihrem PC.
- Klicken Sie doppelt auf die Datei QuickStep\_\*.exe und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen. Folgen Sie den weiteren Anweisungen der Software.
- Klicken Sie anschließend doppelt auf die Datei IdentModul\_\*.exe und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen. Folgen Sie den weiteren Anweisungen der Software.
- Anschließend wird bei korrekter Durchführung ein Zertifikat angezeigt, welches für Ihr QM-System zu speichern bzw. auszudrucken ist.

### 1.3. Anschließen des Analysegerätes

Das Apo-Ident benötigt einen Netzanschluss und einen PC/Laptop mit installierter Apo-Ident Software.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stecken Sie das Netzanschlusskabel in die Kaltgerätebuchse auf der Rückseite (mit der linken Hand zu erreichen) und verbinden Sie es mit einer Schuko-Steckdose des 230V-Stromnetzes. (Das Analysegerät arbeitet auch an jedem anderen gängigen Stromnetz mit Schutzkontakt bei 100V bis 230V~ und 50/60Hz.)
- Verbinden Sie das Apo-Ident über das mitgelieferte USB-Kabel mit einer USB-Buchse des PCs/Laptops. Am Apo-Ident befindet sich die USB-Buchse an der Rückseite und ist am besten mit dem Stecker in der rechten Hand zu erreichen.
- Schalten Sie das Analysegerät ein. Der Netzschalter auf der Rückseite an der Netzleitung lässt sich mit der linken Hand erreichen.
  - Die Signalleuchte im Taster vorn links auf der Geräteoberseite leuchtet rot.

Das Apo-Ident ist nun bereit für den Einsatz.



## 1. Erste Schritte

### 1.4. Starten des Programms

Starten Sie das Programm Apo-Ident durch Doppelklick auf das Symbol.

Es öffnet sich das Fenster von Apo-Ident.

Bei zu geringer interner Gerätetemperatur wird automatisch ein Aufwärmprogramm gestartet. Bitte warten Sie, bis die entsprechende Anzeige verschwindet. Danach ist das System für den Start des Messprozesses bereit.



### 1.5. Unterschiedliche Benutzer/Filialapotheken hinterlegen

Mit dieser Funktion können Sie unterschiedliche Benutzerprofile hinterlegen, z.B. wenn Sie die Identitätsprüfungen in verschiedenen Filialapotheken durchführen. Bitte beachten Sie, dass Sie laut Lizenzbedingungen die Software für maximal 4 Apotheken (Haupt- und Filialapotheken) nutzen dürfen. Darüber hinaus sind weitere Lizenzen notwendig.

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf den Button **<Einstellungen>**.

Es öffnet sich das rechts abgebildete Menüfenster.

Klicken Sie auf das Pluszeichen, um ein neues Benutzerprofil anzulegen.





Geben Sie den Namen für die neu anzulegende Apotheke ein und klicken Sie den Button **<OK>**. Damit wird ein neues Benutzerprofil angelegt. Beim ersten Start der Software öffnet sich dieses Fenster automatisch.

Bitte geben Sie die Adresse für den neuen Benutzer und die nächste Prüfnummer ein und schließen Sie die Anwendung über den Button **<Speichern und schließen>**.

Nun ist das Profil für den weiteren Benutzer hinterlegt und Sie können bequem in den Einstellungen die Benutzerprofile wechseln.

Das hinterlegte Benutzerprofil kann auch bei der Eingabe der **Angaben zur Messung** beim Punkt **<Konfigurationsprofil>** ausgewählt werden (solange die Messung nicht gespeichert wurde).

Das aktuell bei **Angaben zur Messung** eingestellte Profil wird auf das Prüfprotokoll übernommen.





## 1. Erste Schritte

### 1.6. Wahl eines individuellen Speicherortes für Prüfprotokolle

Unter Einstellungen können Sie für jedes Benutzerprofil individuell einen Speicherort für Ihre Prüfprotokolle zuweisen. Bitte speichern Sie möglichst lokal und nicht in Netzlaufwerken. Dies ist besonders für die regelmäßigen Backups wichtig!



Jedem Profil muss ein eigener Speicherort zugewiesen werden, um Fehler bei Archivabfragen zu vermeiden!

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf den Button **<Einstellungen>**.

Wählen Sie unter **<Speicherort des Archivs>** im aufgeklappten Menü **<Andere ...>** aus, falls Sie einen neuen Speicherordner anlegen oder auswählen möchten. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Ihren individuellen Speicherort festlegen oder einen neuen Ordner anlegen können.

Das hinterlegte Benutzerprofil kann auch bei der Eingabe der **Angaben zur Messung** beim Punkt **<Konfigurationsprofil>** ausgewählt werden (solange die Messung nicht gespeichert wurde).

Das aktuell bei **Angaben zur Messung** eingestellte Profil wird auf das Prüfprotokoll übernommen. Eine nachträgliche Änderung auf dem abgespeicherten Protokoll/Messung ist nicht möglich.





### 1.7. Auswahl des Namensschemas im Archivordner

Wählen Sie für jede Substanzklasse, in welcher Form der Substanzname im Archivordner abgespeichert werden soll (*Primärer Substanzname = deutsch bzw. Pin Yin – oder – lateinisch*). Als Standard ist der primäre Substanzname hinterlegt.

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf den Button **<Einstellungen>**.

Klicken Sie auf den Button mit dem Stift.


Stellen Sie für jede Substanzklasse individuell ein, ob im Dateinamen des Prüfprotokolls der Primäre Substanzname = deutsch bzw. Pin Yin oder der lateinische verwendet werden soll. Diese Einstellung wird nur für das aktuell ausgewählte Benutzerprofil übernommen.



### 1.8. Landesabhängiges Protokoll

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf den Button **<Einstellungen>** und öffnen Sie die Liste des Punktes **<Protokollversion für>**. Hier können Sie Ihren Standort wählen. Diese Einstellung wird nur für das aktuell ausgewählte Benutzerprofil übernommen.

Diese Einstellung wirkt sich sowohl auf den Protokollkopf als auch auf den Labeldruck aus.



## 1. Erste Schritte

### 1.9. Einstellungen zum Etikettendrucker Brother QL 560 und QL 570 mit Endlospapier

#### Installation der Treibersoftware

Vor dem Einschalten des Etikettendruckers die Treiber-CD des Brother QL 560 oder QL 570 vollständig auf dem Computer installieren (folgen Sie den Anweisungen der Software)!

#### Einrichtung in der Apo-Ident Software

Klicken Sie in der Menüleiste der Apo-Ident Software auf den Button **<Einstellungen>**.

Wählen Sie nun Ihren Drucker aus der Liste **<Standard-Etikettendrucker>** aus und klicken Sie **anschließend** auf das **<Werkzeugsymbol>** rechts neben der Liste.

Ändern Sie im sich öffnenden Dialogfenster folgende Einstellungen\*:

- Format: Normalformat
- Bandbreite: 62 mm
- Länge: 35 mm
- Ausrichtung: Hochformat

Bestätigen Sie mit **<OK>**.

*\* Diese Angaben beziehen sich auf die Anwendung der Endlosetikettenrolle Typ DK-22205.*




Sie befinden sich nun wieder in den Einstellungen der Apo-Ident Software. Ändern Sie hier noch folgende Angaben:

- Seitengröße: 62 mm
- Orientierung: Um 0° gedreht

#### Erweiterte Layout-Einstellungen:

- Etikettenbreite / mm: 62 mm
- Etikettenhöhe / mm: 35 mm

Bestätigen Sie mit **<Speichern und Schließen>**.



## 2. Durchführung der Messung

### 2.1. Substanzen, welche mit Apo-Ident eindeutig identifiziert werden können

Stellen Sie zuerst unter **<Auswahl der Substanz>** die zu prüfende Klasse ein, z.B. Arzneistoffe Fest.

Geben Sie dann unter Bezeichnung den deutschen oder Pin Yin Namen ein. Wahlweise können Sie auch (sofern vorhanden) eine Zeile darunter den lateinischen Namen eingeben.

*Bereits bei der Eingabe der ersten Buchstaben zeigt Ihnen die Software Vorschläge an.*

#### Stempelleermessung (nur bei Arzneistoffe Halbfest/Flüssig)

Bitte achten Sie darauf, dass das Probenglas in den **schwarzen Adapterring** hineingestellt wird!

Stellen Sie den Messstempel (auch Transflexionsstempel genannt) mit den Füßchen nach unten in ein leeres Probenglas. Nun stellen Sie das Glas mit dem Messstempel auf die Messstelle des Apo-Ident Gerätes.

**! Wichtig:** Sowohl die Stempelleermessung als auch die Messung der Flüssigkeit/Salbe muss mit demselben Messstempel und Probenglas durchgeführt werden. Ansonsten kann es zu Nichtidentifikationen kommen.

Nach erfolgreicher Stempelleermessung ist ein **Zeitfenster von 5 Minuten** für den Start der Substanzmessung vorgesehen. Ansonsten muss die Stempelleermessung wiederholt werden.

Stellen Sie nun Ihr **Probenglas mit der Substanz auf die Messstelle**.

*(bei Arzneistoffe Halbfest/Flüssig mit dem Messstempel im Glas)*

und **starten** Sie den **Messvorgang** durch Anklicken des grünen Punktes neben **<Start der Messung>** oder durch Drücken des Messknopfes (leuchtet grün) direkt oben auf dem Gerät.

Bei der ersten Messung nach dem Einschalten des Apo-Ident werden Sie zum Aufstellen und Messen der mitgelieferten Referenzstandards aufgefordert. Es gibt 2 verschiedene externe Referenzierungsvarianten:

- a) Aufstellen und Messen eines leeren Probenglases (Leerreferenz) und der mitgelieferten Weißreferenz (TiO<sub>2</sub>).

Folgen Sie bitte den Anweisungen der Software.

- b) Aufstellen und Messen der mitgelieferten Schwarz- und Weißreferenz (Zenith).

Folgen Sie bitte den Anweisungen der Software.

**Bitte benutzen Sie stets den schwarzen Adapterring!**

Die Messung der Referenzen wird bei Bedarf von der Software neu angefordert. Folgen Sie bitte den Anweisungen der Software.

Klasse:	Arzneistoffe Fest
Name:	Tetraca
Lateinisch:	<input checked="" type="radio"/> Tetracain Base <input type="radio"/> Tetracainhydrochlorid

Klasse:	Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (mit Prüfzert.)
Name:	Basiscreme DAC
Lateinisch:	Cremor basalis

Stempelleermessung  Bitte nutzen Sie diesen Stempel auch für die anschließende Probenmessung.

Transflexionsstempel



Start der Messung  Bitte nutzen Sie jetzt den gleichen Stempel wie bei der Stempel-Leermessung.

leeres Probenglas



TiO<sub>2</sub> Weißreferenz



Schwarzreferenz



Weißreferenz (Zenith)



## 2. Durchführung der Messung

Nach wenigen Sekunden zeigt Ihnen das Gerät an, ob die Substanz identifiziert wurde.

**Hinweis:** Bei negativem Ergebnis lassen Sie sich bitte die weiterführenden Informationen anzeigen und überprüfen bzw. wiederholen Sie entsprechend Ihren Messvorgang.

Geben Sie nach der Messung folgende Daten ein:

- ggf. Konfigurationsprofil
- Name des Benutzers
- Hersteller/Lieferant
- Verfallsdatum bzw. Verwendbar bis (Auswahl über blauen Hyperlink)
- Charge
- PZN (optional)
- ggf. weitere Prüfungen – **<Zusätzliche Prüfung>** anklicken (Text auf 10 kurze Zeilen begrenzt)
- ggf. Bemerkungen

Nun können Sie den Messvorgang speichern, als PDF-Datei aufrufen oder drucken.

**Hinweis:** Egal welche der 4 Funktionen Sie wählen, der Messvorgang wird auf jeden Fall gespeichert. Zusätzlich können Sie auch auf Ihrem Etikettendrucker (kleineres Druckersymbol) Ihr Prüflabel ausdrucken.

### 2.2. Messung mit dem Probeneinsatz (für geringe Substanzmengen)

Einige Substanzen lassen sich auch mit geringerer Substanzmenge identifizieren. Hierzu benötigen Sie den Probeneinsatz. Haben Sie eine solche Substanz ausgewählt, erscheint das Kontrollfeld **<Probeneinsatz verwenden>**. Setzen Sie das Häkchen, wenn Sie den Probeneinsatz benutzen.

Eine Übersicht aller Substanzen, welche mit dem Probeneinsatz gemessen werden können, finden Sie unter **<Hilfe>** - **<Abonnierte Substanzen mit Probeneinsatz>**.

Die Probenmenge sollte eine Höhe von ca. 0,5 cm haben (in etwa Höhe der Öffnung). Stellen Sie Ihre Probe auf die Messstelle und starten Sie wie gewohnt den Messvorgang.

Im nächsten Schritt werden Sie zur Referenzierung aufgefordert. Stellen Sie zunächst die Schwarzreferenz und danach die Weißreferenz für den Probeneinsatz auf. Die Referenzierung ist für 60 Minuten gültig.

Das Ergebnis wird nun wie gewohnt angezeigt.

Bezeichnung: **Ambroxolhydrochlorid**  
Ergebnis: **Entspricht**  
NIR Ergebnis: **99,7 %** (Sollwert 98% bis 100%)  
Bewertung: **99,7 %**  
Validierung: Verfügbar


Konfigurationsprofil: Benutzer 01  
Name des Benutzers: Mustername  
Hersteller/Lieferant: Musterlieferant  
Verfallsdatum: November 2016  
Charge: 123  
PZN: 1234567  
Zusätzliche Prüfung: (leer)  
Bemerkung:  
Prüfnummer: 1000

Solange Sie bei einem der Eingabefelder dieses Zeichen ⚠ sehen, fehlen noch Eingaben und das Prüfprotokoll kann nicht erstellt werden.

Erstellen des Protokolls



Auswahl der Substanz: Klasse: Arzneistoffe Fest  
Name: Dequaliniumchlorid  
Lateinisch: Dequalinii chloridum  
Stempel-Leermessung: ☐  
Start der Messung: ☒ Probeneinsatz verwenden



## 2. Durchführung der Messung

### 2.3. Substanzen, welche mit Apo-Ident nicht prüfbar sind

Substanzen, welche mit Apo-Ident nicht identifiziert werden können, z.B. weil sie im NIR keine ausreichende Signatur aufweisen, werden sofort nach (Teil-)Eingabe der Bezeichnung markiert (erst mittels eines roten Punktes vor dem Substanznamen, danach durch eine rote Markierung und Hinweisfenster).

Für eine Identifikation dieser Substanz ist eine andere Prüfmethode erforderlich.

Über die Apo-Ident Software kann dennoch ein Protokoll erstellt werden. Klicken Sie dafür auf **<OK>**.

Die Methode und das Ergebnis können direkt in der Software (unter **<Prüfung>**) oder handschriftlich auf dem Prüfprotokoll eingetragen werden. Danach ist die Angabe zum abschließenden Ergebnis erforderlich.

Auswahl der Substanz

Klasse:

Bezeichnung:

Lateinisch: ☒ Selenige Säure

Klasse:

Bezeichnung:

Lateinisch:

Die Substanz 'Selenige Säure' kann nicht mit Apo-Ident geprüft werden. Bitte wählen Sie für diese Substanz eine andere Identifikationsmethode.

Ein Protokoll kann trotzdem erstellt werden. Vervollständigen Sie dazu bitte die Pflichtangaben zur Substanz.

Ansonsten wählen Sie bitte eine neue Substanz aus.

**OK**

Ergebnis

Name: **Selenige Säure**

NIR Ergebnis: **NIR nicht möglich**

Bewertung: **k.A.**

Validierung: Nicht verfügbar

Konfigurationsprofil:

Name des Benutzers:

Hersteller/Lieferant:

Verfallsdatum:

Charge:

PZN:

Prüfung:

Bemerkung:

Prüfnummer:

Erstellen des Protokolls

### Prüfprotokoll zur Feststellung der Identität von Ausgangsstoffen und Drogen (§§ 6,11 ApBetrO)

**Muster Apotheke**  
**Musterstraße 3, 12345 Musterstadt**

**01.12.2015**

Getestet wurde: Selenige Säure  
k.A.  
Charge: 123 (PZN: 1234567)  
Hersteller/Lieferant: Musterlieferant  
Verfallsdatum: Dezember 2015

Prüfnummer: 0  
Prüfender: Mustermann  
Bemerkung:

Prüfung:  
(Methode und Ergebnis)

**Abschlussergebnis:** Selenige Säure wurde eindeutig identifiziert.  
☐ Ja ☐ Nein


Verantwortlicher Apotheker:

Unterschrift

## 2. Durchführung der Messung

### 2.4. Substanzen mit nicht eindeutigem Prüfergebnis

Substanzen, welche mit Apo-Ident nicht eindeutig identifizierbar sind, werden sofort nach Eingabe der Bezeichnung angezeigt (gelber Punkt vor dem Substanznamen).

Klicken Sie rechts neben der ausgewählten Substanz auf das Zeichen  um weitere Informationen zu erhalten.

Klicken Sie auf **<Als Pdf anzeigen>**, wenn Sie diese Informationen ausdrucken möchten.

Für eine eindeutige Identifikation ist eine zusätzliche Prüfung erforderlich. Die Methode und das Ergebnis können direkt in der Software (unter **<Zusätzliche Prüfung>**) oder handschriftlich auf dem Prüfprotokoll eingetragen werden. Danach ist die Angabe zum abschließenden Ergebnis erforderlich.

Auswahl der Substanz

Klasse: **Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (mit Prüfwert.)**

Bezeichnung: **kühlcre**

Lateinisch: **Kühlcreme DAB**  
**Kühlcreme DAB 6 (stabilisiert, enthält Rosenöl)**

**Substanz nicht eindeutig trennbar**

Die ausgewählte Substanz 'Kühlcreme DAB' ist anhand des NIR-Spektrums von Apo-Ident nicht eindeutig unterscheidbar von folgenden Substanzen:

Deutsch / Pin Yin	Lateinisch
Kühlcreme DAB 6 (stabilisiert, enthält Rosenöl)	Unguentum leniens DAB 6

Apo-Ident fasst diese Substanzen deshalb in der Klassifikation 'Kühlcreme / Kühlcreme mit Rosenöl' zusammen. Erst eine zusätzliche Prüfung, welche innerhalb der Gruppe unterscheidet, macht das Prüfergebnis eindeutig.

**Als Pdf anzeigen** **Schließen**

**Auswahl der Substanz**

Klasse: **Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (mit Prüfwert.)**

Name: **Kühlcreme DAB**

Lateinisch: **Unguentum leniens**

**Stempel-Leermessung**

**Start der Messung**

Bitte nutzen Sie jetzt den gleichen Stempel wie bei der Stempel-Leermessung.

**Ergebnis**

Name: **Kühlcreme / Kühlcreme mit Rosenöl**

**NIR Ergebnis:** **Entspricht**

**Bewertung:** **99,8%** (Sollwert 98% bis 100%)

**Validierung:** Verfügbar

**Angaben zur Messung**

Konfigurationsprofil: **Benutzer**

Name des Benutzers: **Mustername**

Hersteller/Lieferant: **Musterlieferant**

**Verfallsdatum:** **November** **2016**

Charge: **123**






PZN: **1234567**

**Zusätzliche Prüfung:** (leer)

Bemerkung:

Prüfnummer: **1005**

**Erstellen des Protokolls**

    **Gruppe als Pdf anzeigen** 

Liegt das Ergebnis der ergänzenden Prüfung bereits vor, kann dieses über das Anklicken des Kästchens ☒ **<Entspricht>** dokumentiert werden.

**Weitere Prüfung (Methode und Ergebnis)**

Individuelle Texteingabe + Anklicken <Entspricht>

Abschließendes Ergebnis: ☒ **Entspricht** **Angeben** **Verwerfen**

Eingabe der ergänzenden Prüfung und des Prüfungsergebnisses in der Software über **<Zusätzliche Prüfung>**



## 2. Durchführung der Messung

Die Texteingabe und das Abschlussergebnis erscheinen dann direkt auf dem Protokoll.

<b>Ergebnis NIR:</b>	<p><b>Die Probe wurde als eine Substanz der Gruppe 'Kühlcreme / Kühlcreme mit Rosenöl' identifiziert.</b></p> <p>Bewertung: 99,8% (Sollwert 98,0% bis 100%)</p> <p>Alle anderen Substanzen der Datenbank konnten anhand des NIR-Spektrums ausgeschlossen werden. Erst eine zusätzliche Prüfung, welche innerhalb dieser Gruppe* unterscheidet, macht das Prüfergebnis eindeutig.</p> <p>* <i>Kühlcreme DAB; Kühlcreme DAB 6 (stabilisiert, enthält Rosenöl)</i></p>
Ergänzende Prüfung: (Methode und Ergebnis)	individuelle Texteingabe + Anklicken <Entspricht>
<b>Abschlussergebnis:</b>	Kühlcreme DAB wurde eindeutig identifiziert.
Verantwortlicher Apotheker: _____ <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Unterschrift</div>	

### Handschriftliche Eintragung des Ergebnisses der ergänzenden Prüfung auf dem gedruckten Protokoll

Wird die ergänzende Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt, wird das Abschlussergebnis nachträglich auf dem ausgedruckten Prüfprotokoll angekreuzt. Das Kästchen ☒ **<Entspricht>** wird in der Software **nicht** angeklickt.

<b>Ergebnis NIR:</b>	<p><b>Die Probe wurde als eine Substanz der Gruppe 'Kühlcreme / Kühlcreme mit Rosenöl' identifiziert.</b></p> <p>Bewertung: 99,8% (Sollwert 98,0% bis 100%)</p> <p>Alle anderen Substanzen der Datenbank konnten anhand des NIR-Spektrums ausgeschlossen werden. Erst eine zusätzliche Prüfung, welche innerhalb dieser Gruppe* unterscheidet, macht das Prüfergebnis eindeutig.</p> <p>* <i>Kühlcreme DAB; Kühlcreme DAB 6 (stabilisiert, enthält Rosenöl)</i></p>
Ergänzende Prüfung: (Methode und Ergebnis)	_____ _____ _____
<b>Abschlussergebnis:</b>	<p>Kühlcreme DAB wurde eindeutig identifiziert.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nein</p>
Verantwortlicher Apotheker: _____ <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Unterschrift</div>	




### 3. Zusatzfunktionen

#### 3.1. Prozentangabe der Übereinstimmung + Sollwertangabe

Die Übereinstimmung des Probenspektrums mit dem hinterlegten Referenzspektrum wird in Prozent angezeigt. Dahinter wird der Sollwert mit der zulässigen Bandbreite ausgewiesen. Liegt das Probenspektrum außerhalb der zulässigen Bandbreite, wird die Substanz mit „**Entspricht nicht**“ als nicht identifiziert ausgewiesen.


Durch Klicken auf den Hyperlink **<NIR Ergebnis>** können Sie sich das gemessene Spektrum anzeigen lassen.



#### 3.2. Anzeige der Differenzlinie zwischen Referenz- und Probenspektrum

Falls benötigt, können Sie in der Grafik des Prüfprotokolls die Differenz zwischen Proben- und Referenzspektrum anzeigen lassen (nur bei positiv getestetem Spektrum möglich). Bitte beachten Sie, dass für die Differenzlinie die rechte Skala verwendet wird, um die Unterschiede optisch gut sichtbar zu machen.

Klicken Sie unter **<Einstellungen>** das Häkchen bei **<Differenz der Rückprojektionen zeigen>** an, um die Linie im Protokoll anzuzeigen. Die Eingabe wird dann über den Button **<Speichern und Schließen>** beendet.



#### 3.3. Abfragemöglichkeit (Suchfunktion) nach Substanz, Verfallsdatum oder nach selbst definierten Kriterien

Klicken Sie auf den Button **<Abfrage>** in der Menüleiste.

Es öffnet sich das rechts abgebildete Suchfenster.

Stellen Sie ggf. oben das Benutzerprofil für die Suchabfrage ein. Geben Sie z.B. unter dem Reiter **<Substanz>** den Namen der Substanz ein, deren Prüfprotokolle Sie suchen möchten. Klicken Sie auf **<Ausführen>**. Es werden alle Prüfprotokolle angezeigt, die den angegebenen Suchtext enthalten.

Um nach dem Verfallsdatum zu suchen, klicken Sie auf den Reiter **<Verfallsdatum/Verwendbar bis>** und geben Sie die entsprechenden Daten ein.

Nach dem Ausführen der Abfrage können Sie die betreffende Substanz im Ergebnisfenster auswählen und sich Informationen zur Messung bzw. das Protokoll anzeigen lassen. Weiterhin können Sie das Protokoll oder das Etikett erneut ausdrucken.

Archiv-Abfrage

Konfigurationsprofil: Benutzer

Substanz Verfallsdatum/Verwendbar bis Erweitert

Suche nach einer Substanz mit bestimmtem Namen, Prüfnummer oder PZN.  
Substanzname, Prüfnummer oder PZN:

**Ausführen**

Primärer Name Hersteller Name Hersteller Charge Prüfnummer PZN Zeitstempel Verfallsdatum/Verwendbar bis

Information Protokoll anzeigen Protokoll drucken Etikett drucken

Speichern Kopieren nach ... Schließen

Archiv-Abfrage

Konfigurationsprofil: Benutzer

Substanz Verfallsdatum/Verwendbar bis Erweitert

Suche nach Substanzen mit einem Verfallsdatum/  
einer Verwendbarkeitsfrist im Zeitraum  
von Januar 2016 bis Dezember 2016

**Ausführen** 4 Treffer gefunden.

Primärer Name	Latinscher Name	Hersteller	Lieferant	Charge	Prüfnummer	PZN	Zeitstempel	Verfallsdatum/Verwendbar bis
Antikollisionsöl	Antikollisionsöl	Antikollisionsöl	Antikollisionsöl	Antikollisionsöl	123	1000	1204587 04.12.2015 10:07:53	Dezember 2016
D-(+)-Mannose	k.A.	Musterlieferant	123	1003	1204587	04.12.2015 10:08:23	Dezember 2016	
Glucose-Monohydrat	Glucose monohydricum	Musterlieferant	123	1001	1204587	04.12.2015 10:08:23	Dezember 2016	
Kohlensäure	Ungesüßtes Isotonic	Musterlieferant	123	1000	1204587	03.12.2015 10:08:15	November 2016	

Information Protokoll anzeigen Protokoll drucken Etikett drucken

Speichern Kopieren nach ... Schließen

### 3. Zusatzfunktionen

Unter dem Reiter **<Erweitert>** können Sie Ihre Suchkriterien selbst definieren. Hier können Sie auch nach dem Benutzer, Lieferanten oder einer Chargennummer suchen.

In der Abfrage **<Zeitstempel>** können Sie z.B. alle Messungen ab 01.01.2016 abfragen.

#### Export der Abfrageergebnisse im CSV Format

Die Ergebnisse der Abfrage lassen sich über einen Klick auf **<Speichern>** im CSV Format speichern. Öffnen Sie diese anschließend in einem CSV fähigen Programm (z.B. MS Excel) um die Liste zu drucken oder weiterzuverwerten.

#### Dateien kopieren an individuellen Speicherorten (z.B. auf einem USB-Stick)

Wenn Sie die gefundenen Dateien an einen individuellen Ort kopieren möchten, klicken Sie bitte den **<Kopieren nach...>** Button und wählen Sie den gewünschten Speicherort aus. Es werden alle den Suchkriterien entsprechenden Daten kopiert.

#### 3.4. Anzeige der Validierungsdokumente

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf den Button **<Hilfe>**.

Wählen Sie nun das entsprechende Dokument aus.

Nach einer erfolgreichen Messung können Sie die Dokumente auch direkt über die Apo-Ident Oberfläche aufrufen. Klicken Sie dazu im Ergebnisbereich auf **<Validierung>**.

#### 3.5. Daten versenden (z.B. an Apo-Ident Kundenservice)

Um Ihre Messprotokolle zu versenden, klicken Sie oben in der Menüleiste auf den Button **<Hilfe>**.

Wählen Sie **<Daten für Service exportieren>** aus.






Weiter im nächsten Punkt.

#### 3.6. Individuelle Auswahl der Anzahl der Messtage zur Speicherung oder zum Versenden von Daten

Wählen Sie im Daten-Packprogramm selbst aus, wie viele Messtage Sie zusammenfassen und versenden/ speichern möchten. Zum Beispiel können Sie die Messungen der letzten 5 Tage (-1 = alle vorhandenen Messtage; 0=nur heute) per Daten-Packprogramm speicheroptimiert zusammenstellen und speichern. Wählen Sie den Speicherort aus (z.B. Desktop).

Klicken Sie auf **<Speichern>**. Danach erscheint auf Ihrem Desktop (Bildschirmoberfläche) der entsprechende Packordner. Sie können natürlich auch einen anderen Speicherort auswählen.

Der Packordner ist jetzt per E-Mail versendbar.



### 3. Zusatzfunktionen

#### 3.7. Einbindung in das Dr. Lennartz Laborprogramm

Sie möchten die mit Apo-Ident erstellten Messprotokolle in Ihr Dr. Lennartz Laborprogramm übertragen? Nehmen Sie dazu bitte folgende Einstellungen vor:

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf den Button **<Einstellungen>**.

Wählen Sie aus der Liste **<Protokollverwaltung durch>** die Option **<Dr. Lennartz Laborprogramm>**.

Dadurch wird ein für das Dr. Lennartz Laborprogramm geeignetes Messprotokoll, anstatt eines Prüfprotokolls erstellt.







Starten Sie das Dr. Lennartz Laborprogramm.

Wählen Sie den zu prüfenden Ausgangsstoff aus.

Geben Sie alle notwendigen Angaben ein. Klicken Sie auf **<Prüfmethoden>**. Dies ermöglicht Ihnen, zu den Standardprüfmethoden des Laborprogramms eine eigene Prüfmethode zu ergänzen.

Es ist zulässig, die Standard-Kriterien bei der Prüfung zu ignorieren und sich bei der Dokumentation auf eigene, hier eingetragene Prüfverfahren zu stützen (s. Ph. Eur. und ApBetrO). Eigene Prüfmethode werden bei den Updates des Dr. Lennartz Laborprogramms nicht überschrieben.

Klicken Sie auf **<Ändern>**.



### 3. Zusatzfunktionen

Wählen Sie oben in der Auswahlleiste **<Bearbeiten>** und **<Neu>**.

Nun können Sie Ihre eigene Prüfmethode anlegen,  
z.B.: **Identifizierung NIR-Spektroskopie (2.2.40) und organoleptisch**

Speichern Sie die neu angelegte Prüfmethode ab. Nun können Sie nach Ihrer eigenen Prüfvorschrift prüfen.







Klicken Sie auf **<Schließen>** und bestätigen Sie anschließend die Änderungen mit **<Ja>**.

Klicken Sie in den Prüfmethoden auf den kleinen Button **<NIR>**.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Klicken Sie auf den Button **<...>** und wählen Sie aus Ihrem Archivverzeichnis das gespeicherte Messprotokoll von Apo-Ident aus. Klicken Sie anschließend auf **<OK>**.

Ist das Messprotokoll hinterlegt, dann ist der NIR-Button gelb gefärbt. Nun können Sie wie gewohnt mit der Dokumentation im Dr. Lennartz Laborprogramm fortfahren.



### 3. Zusatzfunktionen

#### 3.8. Details zur Identifikation (Rangliste)

Apo-Ident vergleicht das gemessene Spektrum mit allen in der Substanzklasse hinterlegten Substanzen. Maximal 20 Ergebnisse der höchsten Übereinstimmung können in der Rangliste angezeigt werden. Zum Anzeigen der Rangliste klicken Sie bitte in der Ergebnisanzeige zur Messung auf den Hyperlink **<Bewertung>**.

Danach öffnet sich die Ansicht mit den Details zur Identifikation. An 1. Stelle (Rang 1) wird die Referenzsubstanz angezeigt, welche die **höchste Übereinstimmung mit der Probe** aufweist. Sind die Kriterien für die Identifikation der Substanz erfüllt, wird diese **grün** dargestellt.

Danach folgen **rot** gekennzeichnet die nächstliegenden Referenzsubstanzen, für die jedoch **keine ausreichende Übereinstimmung** durch die Apo-Ident Software festgestellt werden konnte. Da eine Substanz ausgeschlossen wird, sobald eine andere Referenz näher liegt, ist maximal eine Substanz grün markiert. Bei Substanzen, welche in Gruppen zusammengefasst werden, wird in der Rangliste für jede Substanz dieser Gruppe nur der Gruppenname angezeigt.

Die Ansicht dient der Nachvollziehbarkeit und Überprüfung des Identifikationsergebnisses durch den Nutzer.

Die Liste zeigt die ermittelten Werte der Prüfparameter des gemessenen Probenspektrums zu den ersten maximal 20 nächstliegenden Referenzsubstanzen an.

Eine Erläuterung der einzelnen Begriffe finden Sie auf Seite 21.

Ergebnis

Name: **D-(+)-Mannose**

NIR Ergebnis: **Entspricht**

Bewertung: **99,0%** (Sollwert 98% bis 100%)

Validierung: **verfügbar**

Rang	Klassifikation	Proben-ID	Signifikanz	Konfidenz	Korrelation	Abstand	Bewertung
1	D-(+)-Mannose	21035	0,9928	0,9993	0,9998	8,1563	99,03%
2	Stärke	20038	0,9130	0,7836	0,9638	35,3727	0,00%
3	Stärke	20181	0,9111	0,8666	0,9721	27,2073	0,00%
4	Alanin	20079	0,9037	0,8556	0,7964	35,8817	0,00%
5	Levothyroxin-Natrium	217852	0,8917	0,8048	0,5303	42,8983	0,00%
6	Äcidovir	21677	0,8803	0,8689	0,9442	31,3161	0,00%
7	Sprühgetrocknetes Arabisches Gummi	20457	0,8794	0,8477	0,9663	26,2949	0,00%
8	Trometamol	20004	0,8718	0,8683	0,8623	25,9139	0,00%
9	Stärke	20199	0,8682	0,8294	0,9717	28,0594	0,00%
10	Uridin	20744	0,8499	0,6049	0,9537	55,2023	0,00%
11	Arginin	20391	0,8476	0,4300	0,9209	64,4873	0,00%
12	Natriumalginat	21807	0,8471	0,7835	0,9208	35,1971	0,00%
13	Maltodextrin	20709	0,8446	0,7700	0,9743	42,8475	0,00%
14	Rutosid-Trihydrat	20480	0,8442	0,5046	0,9514	61,6402	0,00%
15	Fructose	20074	0,8440	0,8893	0,9749	72,7388	0,00%
16	Lactose-Monohydrat	20029	0,8435	0,7937	0,9819	54,9385	0,00%
17	Natriumtetraborat	20179	0,8419	0,1828	0,8948	73,7402	0,00%
18	Levothyroxin-Natrium	21708	0,8389	0,3357	0,5856	78,0521	0,00%
19	Calciumcitrat-Tetrahydrat	20013	0,8381	0,4009	0,3779	59,8382	0,00%
20	Cysteinhydrochlorid-Monohydrat	20530	0,8379	0,6261	0,8064	57,1712	0,00%

#### 4. Begriffserklärung

Bezeichnung	Erläuterung	Einschätzung
<b>Rang</b>	ermittelter Rang der Übereinstimmung von Proben- und Referenzspektrum	
<b>Klassifikation</b>	Name der Referenzsubstanz in der Apo-Ident Referenzdatenbank bzw. Name der Gruppe nicht trennbarer Substanzen bei mehrdeutigem Ergebnis	Kennzeichnung grün = identifiziert, rot = nicht identifiziert
<b>Proben ID</b>	interne Identifikationsnummer der Referenzproben aus deren Spektren die Apo-Ident Referenzdatenbank aufgebaut wurde	
<b>Signifikanz</b>	Maß für den Abstand des Wertes im Vertrauensintervall bezogen auf den Mittelwert	Je höher der Wert (Maximum 1), desto näher liegt das Probenspektrum an den hinterlegten Referenzwerten.
<b>Konfidenz</b>	Ausreißerbewertung	Je höher der Wert (Maximum 1), desto näher liegt das Probenspektrum an den hinterlegten Referenzwerten.
<b>Korrelation</b>	statistisches Maß für die Ähnlichkeit der Rückprojektion der hinterlegten Referenzspektren zur Rückprojektion des gemessenen Probenspektrums	Je höher der Wert (Maximum 1), desto näher liegt die Probe an den hinterlegten Referenzwerten.
<b>Abstand</b>	Distanzmaß zwischen dem Mittelwert der hinterlegten Referenzwerte und der gemessenen Probe im mehrdimensionalen Hauptkomponentenraum (Mahalanobis-Distanz).	Je kleiner der Wert, desto näher liegt das Probenspektrum an den hinterlegten Referenzwerten.
<b>Bewertung</b>	gibt die Gesamtbewertung des Spektrums an, wie sie auf dem Bildschirm und dem Protokoll angezeigt wird (bzw. angezeigt würde)	Je höher der Wert (Maximum 100%), desto näher liegt die Probe an den hinterlegten Referenzwerten. Der definierte Mindestwert für eine Identifikation liegt bei 98%.
<b>Spezifität</b> (nur bei Substanzgruppe PhytoComm)	Die Spezifität einer Klassifikation ist die Richtig-Negativ-Rate. Sie bezeichnet den Anteil der während der Validierung richtig als Nicht-Identität klassifizierten Spektren. Dies entspricht einer korrekten Klassifikation.	
<b>Erkennungsrate</b> (nur bei Substanzgruppe PhytoComm)	ist die Richtig-Positiv-Rate. Sie bezeichnet den Anteil der während der Validierung richtig als Identität klassifizierten Spektren. Dies entspricht einer korrekten Klassifikation.	



## 5. Wichtige Hinweise

### 5.1. Richtige Befüllung der Probengläser zur Identitätsprüfung

#### Stempelleermessung


Bitte achten Sie darauf, dass das Probenglas in den schwarzen Adapterring hineingestellt wird! Stellen Sie den Messstempel (auch Transflexionsstempel genannt) mit den Füßchen nach unten in ein leeres Probenglas. Nun stellen Sie das Glas mit dem Messstempel auf die Messstelle des Apo-Ident-Gerätes.

**!** **Wichtig:** Sowohl die Stempelleermessung als auch die Messung der Flüssigkeit/Salbe muss mit demselben Messstempel und Probenglas durchgeführt werden. Ansonsten kann es zu Nichtidentifikationen kommen.

**halbfest:** Nach erfolgter Stempelleermessung entnehmen Sie den Messstempel aus dem Probenglas und halten ihn mit den Stempelfüßen nach oben in der Hand. Mit einem schmalen Spatel entnehmen Sie eine etwa erbsengroße Menge der Substanz und streichen diese an einer der geraden Kanten des Messstempels ab.

Dann stülpen Sie das leere Probenglas über und verteilen die Substanz **über die gesamte Fläche**. Zum Schluss drücken Sie den Stempel in die Substanz bis **alle drei Stempelfüße sichtbar** den Glasboden berühren. Überprüfen Sie bitte, dass sich **keine Lufteinschlüsse** unter dem Messstempel befinden.

**flüssig:** Nach erfolgter Stempelleermessung entnehmen Sie den Messstempel aus dem Probenglas. Geben Sie ein wenig Flüssigkeit ins Glas, so dass der **Boden vollständig bedeckt** wird. Stellen Sie den Messstempel mit den Stempelfüßen nach unten in das Probenglas. Hier sollte ein Teil der Substanz sichtbar zwischen Probenglas und Messstempel aufsteigen. Heben Sie das Glas aufrecht hoch und überprüfen Sie bitte, dass sich **keine Lufteinschlüsse** unter dem Messstempel befinden.





## 5. Wichtige Hinweise

### 5.2. Reinigung/Nutzung von Probengläsern, Messstempel und Probeneinsatz

#### Probengläser

##### Reinigung:

- Probengläser nach der Messung grob mit einem Papiertuch vorreinigen, dies ist besonders nach Messungen von Salbengrundlagen zu empfehlen
- Reinigung mit Spülmittel, warmen Wasser und einem weichen Lappen
- anschließend die Probengläser mit gereinigtem Wasser spülen und mit einem fusselfreien Tuch trocken reiben
- vor Nutzung der Probengläser diese mit Isopropylalkohol 70% reinigen und trocknen lassen

***Vor der Messung ist zu kontrollieren, dass insbesondere der Glasboden sauber und fettfrei ist. Es dürfen keine Wasserflecken sichtbar sein.***

#### Messstempel

##### Hinweise zur Nutzung:

Kratzer zwischen den Stempelfüßchen oder starke Verfärbungen können die Identifikation beeinflussen. Bitte gehen Sie deshalb sorgsam mit dem Messstempel um.

- niemals mit Topfkrazern, Spateln oder anderen Hilfsmitteln den Stempel reinigen
- keine Reinigung im Geschirrspüler

##### Reinigung:

- Messstempel nach der Messung grob mit einem Papiertuch abwischen
- Reinigung mit Spülmittel, warmen Wasser und einem weichen Lappen
- anschließend den Stempel mit gereinigtem Wasser spülen und mit einem fusselfreien Tuch trocken reiben
- vor Nutzung des Messstempels diesen mit Isopropylalkohol 70% reinigen und trocknen lassen

#### Probeneinsatz zur Messung geringer Substanzmengen

##### Reinigung:

- nach der Messung den Probeneinsatz durch leichtes Klopfen am Probenglas von evtl. Pulverrückständen befreien
- Reinigung mit Spülmittel, warmen Wasser und einem weichen Lappen
- anschließend den Probeneinsatz mit gereinigtem Wasser klarspülen und mit einem fusselfreien Tuch trocken reiben
- vor Nutzung des Probeneinsatzes diesen mit Isopropylalkohol 70% reinigen und trocknen lassen

#### Messstelle/Probenfenster

Bitte achten Sie darauf, dass die Messstelle (Probenfenster) des Apo-Ident Gerätes sauber gehalten wird. Zur Reinigung empfehlen wir ein mit Isopropylalkohol 70% getränktes Tuch.

Falls Sie entscheiden, die Probe in der Rezeptur zu verwenden, prüfen Sie bitte, ob auch die mikrobiologische Reinheit des Probenglases und des Messstempels gewährleistet sind.

## 6. Technische Daten und Entsorgung

### 6.1. Technische Daten

Analyseverfahren	Nahinfrarot-Spektroskopie
Messzeit	< 15 Sekunden
Spektralbereich	1000 - 1900 nm
Spektrale Auflösung	10 nm
Wellenlängenstabilität	± 1 nm
Automatische Rekalibrierung/Geräteprüfung	integrierter Wellenlängen- und Weißstandard
Betriebstemperatur	15 - 35 °C
Abmessungen	HxBxT 232 x 210 x 282 mm
Gewicht	5,2 kg
Schnittstelle	USB, Typ B
Betriebsspannung	230 V ~
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Software	QuickStep Apo-Ident
Systemvoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• PC mit Betriebssystem Windows 7 (außer Starterversion), Windows 8, Windows 10 Linux bzw. Mac OS X auf Anfrage</li><li>• min. 1 GB Arbeitsspeicher</li><li>• min. 1,6 GHz Pentium</li><li>• 0,5 GB Speicherplatz</li></ul>



Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien

- EMV Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

### 6.2. Entsorgung



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.



Sie sind nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Falls Sie in Ihrem Betrieb keinen Ablauf implementiert haben, nimmt die HiperScan GmbH als Hersteller das Gerät zurück.

HiperScan wünscht Ihnen viel Spaß mit Apo-Ident! Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



HiperScan GmbH  
Weißeritzstraße 3  
01067 Dresden  
Germany

Telefon: +49 (0) 351-212-496-33  
Telefax: +49 (0) 351-212-496-99  
Web: [www.apo-ident.de](http://www.apo-ident.de)  
E-Mail: [kundenservice@apo-ident.de](mailto:kundenservice@apo-ident.de)