


Eine Nichtidentifikation kann verschiedene Ursachen haben

Weißreferenz

Die Weißreferenz ist fehlerhaft.

1. Bitte überprüfen Sie Ihre **Weißreferenz** und den schwarzen Ring!
2. Ist weiterhin keine exakte Messung möglich, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice!



Bei Fragen können Sie uns gern kontaktieren:



kundenservice@apo-ident.de oder telefonisch unter +49 (0)351 212 496 33